NO/DK

ecomed by medisana

NO Bruksanvisning til bruk
Helbreder av insektbitt IB 100



❶ Enhetsstatus-LED
❷ Aktiveringsknapp
❸ På / av bryter
❹ Varmeplate (MCH)
❺ Lokk til batterirom

Forklarnasjon av symboler

VIKTIG
Follow bruksanvisningen! Unnlatelse av å følge disse instruksjonene kan føre til alvorlig personskade eller skade på enheten.

ADVARSEL
Disse advarslene må følges for å unngå skade på brukeren.

FORSIKTIGHET
Disse merknadene må følges for å forhindre skade på enhet.

MERK
Disse merknadene gir deg nyttig tilleggsinformasjon om installasjonen eller driften.

Isolering av påførte deler Type BF; Galvanisk isolert påført del (Fstår for "flytende"); oppfyller kravene til lekkasjestrøm for type B

Produsenteh

UDI Unik enhets-identifikasjon

Dato for manufakta

I / O På/av

LOT LOT-nummer

Avhending in samsvar med EU-direktivet for avfall av elektrisk og elektronisk utstyr – WEEE

Pb Cd Hg Ikkekast batterier som inneholder skadelige stoffer sammen med husholdningsavfallet!

MD Medisinsk devis

SN Serial

Importør

Fordeling

EC REP Autorisert EU-representant

CE-merke

IP42 IPklasse; Enhet beskyttet mot faste fremmedlegemer ≥ 1 mm i diam- eter og større, og mot vanndråper når huset er vinklet up til 15°

Storage/ Transport Conditions — Tillatt lagringstemperatur og fuktighet

Operating Conditions — Tillatt driftstemperatur og luftfuktighet

Gjenvinningssymboler/koder: Disse brukes til å giinformasjon om materialet og riktig bruk og resirkulering.

20 PAP

EC REP **Share Info GmbH**
Adresse: Heerdter Lohweg 83,
40549 Düsseldorf, TYSKLAND
Tlf: 0049 179 5666 508;
E-post: EU-Rep@share-info.com

medisana GmbH
Carl-Schurz-Str. 2
41460 NEUSS, Tyskland

AOJ HEALTH Technology Co.,Ltd.
Add:Room 202,Building 5,Shuhe Industrial Park,Sanwei Community,Hangcheng Street,Bao'an District,
518126 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

CE 0598

41050 IB 100 A3 07-Dec-2023 Ver. 1.0

VIKTIGINFORMASJON! BEHOLD FOR FREMTIDIG BRUK!
Lese de instruksjon Håndboknøye før du bruker denne enheten, spesielt sikkerhetsinstruksjonene, og oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk. Skulle du gi denne enheten til en annen person, er det viktig at du også gir denne bruksanvisningen videre.

Tiltenkt bruk
Enheten er beregnet på å lindre kløe og hevelse forårsaket av insektbitt eller stikk ved å påføre varme (lokal hypertermi).

Kontraindikasjoner- Ikke bruk enheten:
- Hvis du lider av diabetes. Smertefølsomhet kan under visse omstendigheter reduseres og diabetikere kan brenne seg.
- På personer med nedsatt funksjonsevne, barn under 3 år eller personer med redusert varmefølsomhet. Dette inkluderer personer med hudforandringer på grunn av sykdom eller arr i applikasjonsområdet, etter å ha tatt smertestillende medisiner, drukket alkohol eller tatt narkotika.
- På akutt eller kronisk syk (skadet eller irritert) hud (f.eks. betent hud, enten smertefull eller ikke, rød hud, utslett, (f.eks. allergi), brannskader, frostskader, blåmerker, hevelser (uten tegn til insektbitt/stikk), både åpne og helende sår, og operasjonsarr der helingsprosessen kan bli påvirket).
- Hvis du har feber.
- på sensitive hudområder.
- dersom du har noen sensorisk svekkelse som reduserer smertefølelsen (f.eks. metabolske forstyrrelser).
- hvis du bruker lotioner, kremer og geler lokalt samtidig.
- hvis du lider av vedvarende irritert hud på grunn av langvarig varmepåføring på samme hudområde.

Generell advarsler
- Alle som bruker det på seg selv må være over 12 år. Produktet skal kun brukes på barn under 12 år hvis de er under oppsyn eller assistert av en voksen.
- Før du bruker enheten, kontakt legen din dersom du har hudsykdommer, alvorlig sykdom (spesielt hvis du har en tilbøyelighet til tromboemboliske tilstander eller tilbakevendende maligne vekster) eller uforklarlige kroniske smerter i noen del av kroppen.
- Oppsøk lege umiddelbart hvis symptomene vedvarer eller forverres mens eller etter bruk av insektbittlindring og slutt å bruke den.
- Oppsøk lege umiddelbart hvis det er et flåttbitt. Bittet kan føre til overføring av patogener som flått-encefalitt (TBE) eller borreliose.
- Oppsøk lege umiddelbart hvis de første tegnene på økt kløe, rødhet i huden, hevelse, svimmelhet, kvalme, kortpustethet, dannelse av hvelvinger eller et fall eller økning i blodtrykket oppstår.
- Må ikke brukes nær øynene, på øyelokkene, munnen eller på slimhinnene.
- Oppbevar enheten utilgjengelig for barn og kjæledyr. Ikke la barn leke med enheten.
- Hold emballasjemateriale unna barn (fare for kvelning).
- Vær oppmerksom på de generelle hygienetiltakene ved bruk av insektbittlindring.
- Enheten er ikke en erstatning for medisinsk konsultasjon og behandling. Rådfør deg alltid med legen din hvis du opplever smerte eller lider av en sykdom.
- Hvis enheten ikke fungerer som den skal, eller hvis du føler deg uvel eller opplever smerte, må du slutte å bruke den umiddelbart.

Generell forholdsregler
- Ikke berør enheten med våte hender. Ikke la vann sprute på enheten. Bruk kun enheten hvis den er helt tørr.
- Ikke bruk rengjøringsmidler eller løsemidler for å rengjøre og vedlikeholde enheten. Hvis væske trenger inn i enheten, kan dette føre til skade på elektronikken eller andre deler av enheten og føre til funksjonsfeil.
- Enheten skal kun brukes av én person; bruk av flere personer anbefales ikke.
- Beskytt enheten mot direkte sollys og oppbevar den på et tørt sted.
- Beskytt enheten mot støt, fuktighet, støv, kjemikalier, markerte temperatursvingninger og nærliggende varmekilder (ovner, varmeovner).
- Sørg for at det ikke kommer vann inn i enheten. Hvis dette skulle skje, ta ut batteriene og bruk enheten først igjen når den er helt tørr.
- Hvis du oppbevarer enheten, bør ingen tunge gjenstander plasseres oppå den.
- Før bruk, sørg for at det ikke er synlige skader på enheten og tilbehøret. I tvilstilfeller, ikke bruk enheten, og kontakt din forhandler eller kundeservice,
- Oppbevar enheten på et sted beskyttet mot klimatiske påvirkninger. Enheten må oppbevares under spesifiserte miljøforhold.

Batteri sikkerhet bruksanvisning
- Hvis huden eller øynene kommer i kontakt med batterivæsken, skyll de berørte områdene med vann og søk legehjelp.
- Kvelningsfare! Barn kan svelge batterier og kvele dem. Oppbevar derfor batterier utilgjengelig for barn.
- Eksplosjonsfare! Ikke kast batterier på bål.
- Hvis et batteri har lekket, ta på vernehansker og rengjør batterirommet med en tørr klut.
- Ikke demonter, åpne eller knus batterier.
- Vær oppmerksom på pluss (+) og minus (-) polaritet - sett inn batteriene riktig.
- Beskytt batteriene mot overdreven varme.
- Ikke lad eller kortslutt batteriene.
- Hvis instrumentet ikke skal brukes på lang tid, fjern batteriene fra batterirommet.
- Bruk kun identiske eller tilsvarende batterityper og skift alltid ut alle batteriene samtidig.
- Ikke bruk oppladbare batterier!

Merk på elektromagnetisk kompatibilitet
- Enheten er egnet for bruk i alle miljøer som er oppført i denne bruksanvisningen, inkludert hjemmemiljøer. Den samsvarer med kravene i standard 60601-1-2 for elektromagnetisk kompatibilitet (se EMC-tillegg).
- Bruk av enheten kan være begrenset i nærvær av elektromagnetisk interferens. Dette kan føre til problemer som feilmeldinger eller feil på enheten.
- Unngå å bruke denne enheten direkte ved siden av andre enheter eller stable den oppå andre enheter, da dette kan føre til feil bruk. Hvis det fortsatt er nødvendig å bruke enheten på ovennevnte måte, må både denne enheten og de andre enhetene overvåkes for å sikre at de fungerer som de skal. Unnlatelse av å gjøre det kan påvirke ytelsen til enheten.

Varer medfølgende og emballasje
Vennligst kontroller først og fremst at enheten er komplett og ikke er skadet på noen måte. Hvis du er i tvil, ikke bruk den og kontakt servicesenteret. Følgende deler er inkludert:
- 1 **medisana** Helbreder av insektbitt **IB 100**
- 2 batterier (type AAA / LR03) 1,5V
- 1 Snor
- 1 Bruksanvisning & EMC-tillegg

Packaging er gjenbrukbar eller kan returneres til råvaresyklusen. Vennligst kast all emballasje som ikke lenger er nødvendig på riktig måte. Hvis du oppdager transportskader ved utpakking, vennligst kontakt din forhandler umiddelbart.

Sett inn/Fjerne batterier
Innsetting: Før du kan bruke enheten, må du sette inn de medfølgende batteriene. For å gjøre dette, åpne batteridekselet ❺ og sett inn de to 1,5V, AAA-batteriene. Vær oppmerksom på polariteten (som markert i batterirommet). Lukk batterirommet igjen.

Fjerning: Bytt batteriene når enhetens status-LED ❶ blinker 3x og et akustisk signal høres 3x.

Bruk
De beste resultatene oppnås hvis du påfører produktet umiddelbart etter insektstikket eller bittet. Hvis du venter for lenge med å påføre det stukkede eller bitte området og kløen og hevelsen allerede har startet, kan påføringen ha begrenset effekt. Før påføring, sørg for at ingen insektstikker har blitt igjen på stikkstedet. Fjern eventuelt brodden forsiktig før påføring.

1. Trykk PÅ/AV-bryteren ❸ mot symbolet "I" for PÅ. Enhetsstatus-LED ❶ lyser grønt og indikerer at enheten er klar til
2. For en 3-sekunders påføring, plasser varmeplaten ❹ av enheten på området som har blitt stukket eller bitt. Trykk på aktiveringsknappen ❷ en gang. Enhetsstatus-LED ❶ lyser blått og indikerer at applikasjonen starter. Denne korte påføringstiden anbefales for første gangs bruk eller bruk på sensitiv hud. 3.For en 6-sekunders påføring, plasser varmeplaten ❹ av enheten på området som har blitt stukket eller bitt, og trykk på aktiveringsknappen ❷ to ganger i rask rekkefølge. Enhetsstatus-LED-en lyser gult og indikerer at applikasjonen starter. Denne påføringstiden anbefales for vanlig bruk på normal hud.
3. Etter slutten av påføringen høres en summer, oppvarming av varmeplaten ❹ stopper automatisk og enhetens status-LED ❶ lyser grønt igjen. Fjern varmeplaten ❹ fra hudområdet når signalet høres.

Merk følgende!Avhengig av følsomheten til personen som bruker varmen og hudområdet, kan temperaturen oppleves som ubehagelig. maur og forårsake lett rødme i huden, i sjeldne tilfeller også hudirritasjon. Hvis varmen føles for varm, stopp påføringen umiddelbart!
4. Ved behov kan du bruke varmefunksjonen til insektbittlindringen på stikket/bittet igjen etter en pause på 2 minutter eller også bruke den umiddelbart på et annet stikk/bitt i et annet område. Maks antall påføringer i timen på samme behandlingsområde må ikke overskrides.
5. Hvis enheten ikke lenger er nødvendig, sett den til "AV" igjen med PÅ/AV-bryteren ❸ .Den grønne enhetens status-LED ❶ slår av.
6. Før oppbevaring, sørg for at enheten er slått av og varmeplaten ❹ har kjølt seg ned.

Rengjøring og omsorg
- Enheten er beregnet for flergangsbruk.
- Det anbefales å rengjøre enheten før første og hver påfølgende bruk.
- Før hver rengjøring må apparatet slås av, kjøles ned og batteriene tas ut.
- Bruk kun myke, tørre kluter til rengjøring.
- Bruk aldri stoffer til rengjøring som kan komme i kontakt med hud eller slimhinner, svelges, inhaleres eller potensielt giftige. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler og hold aldri enheten under vann. Ikke rengjør enheten mekanisk (f.eks. med børster eller lignende), da dette kan forårsake uopprettelig skade.
- Ikke rengjør enheten og tilbehøret i oppvaskmaskinen!
- Ved bruk av enheten på flere stikk- eller bittsteder, anbefales det å rengjøre varmeplaten ❹ hver gang. Dette reduserer muligheten for at bakterier og bakterier overføres fra ett hudsted til et annet. Bruk en kommersielt tilgjengelig alkoholbasert desinfeksjonsserviett for å desinfisere varmeplaten ❹.

Hvahvis det er problemer?

Problem	Muligcause	Middel
Enheten slår seg ikke på.	På / av bryter ❸ er i AV-posisjon eller batteriene er tomme.	Csjekk posisjonen til PÅ/AV-bryteren ❸ bytt batteriene om nødvendig.
Enheten blir ikke lenger varm nok.	Batterinivået er for lavt.	Erstattebegge batteriene som beskrevet i denne bruksanvisningen.
Enhetsender ut 3 akustiske signaler/ enhetsstatus-LED ❶ blinker – selv etter at enheten er AV og PÅ igjen.	Batterinivåer for lav, noe som betyr at enheten kanskje ikke lenger kan betjenes.	Erstattebegge batteriene som beskrevet i denne bruksanvisningen.
Applikasjonen kan ikke startes, selv om PÅ/AV-bryteren ❸ er satt til PÅ.	Enheten slår seg ikke på selv om batteriene er skiftet og PÅ/AV-bryteren ❸ er satt til PÅ.	Slå først enheten på AV ved å bruke PÅ/AV-bryteren ❸ og slå den på igjen som vanlig.
Enhetsender ut 5 akustiske signaler/ enhetsstatus-LED ❶ blinker – selv etter at enheten er AV og PÅ igjen.	Enheten kan være defekt.	Ta kontakt med kundeservice.

Hvis problemet ikke kan løses eller hvis andre feil (ikke nevnt her) oppstår, vennligst kontakt kundeservice.

Avhending
Dette produktet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Alle brukere plikter å levere inn alle elektriske eller elektroniske apparater, uavhengig av om de inneholder giftige stoffer eller ikke, på et kommunalt eller kommersielt innsamlingssted slik at de kan deponeres på en miljømessig forsvarlig måte. Ta ut batteriene før du kaster enheten. Ikke kast gamle batterier sammen med husholdningsavfallet, men på en batteriinnsamlingsstasjon på en gjenvinningsplass eller i en butikk. Ta kontakt med kommunen eller forhandleren din for informasjon om avhending.

Teknisk spesifikasjoner

Navn og modell:	**medisana** Helbreder av insektbitt, **modell: IB 100**
Strømforsyning:	3V ⎓, 2batterier (type LR03, AAA) 1,5V
Tidsinnstillingsfunksjoner:	2tidsinnstillinger (3s / 6s)
Forventet driftstid:	ca. 300 applikasjoner (per batteri)
Levetid:	5 år
Maksimal temperatur:	50°C ±2°C (122°F ±3.6°F)
Mål (LxBxH) ca.:	97 mm x 37,5 mm x 20 mm
Vekt (uten batterier) ca.:	26 g
Permimulig lagring og transport temperatur og fuktighet:	-10°C til 50 °C, relativ fuktighet 30 % til 85 %
Tillatt driftstemperatur og fuktighet:	10 °C til 40 °C, relativ fuktighet 30 % til 85 %
Artikkelnr. / EAN-kode:	41050 / 40 15588 41050 5

I samsvar med vår Politikk av kontinuerlig produkt forbedring, vi reservere de Ikke sant til gjøre teknisk og optisk Endringer uten legge merke til.

Den gjeldende versjonen av denne bruksanvisningen finner du under www.medisana.com

Garanti og reparere vilkår
Dine lovpålagte garantirettigheter er ikke begrenset av vår garanti presentert nedenfor. For garantihenvendelser kan du ta kontakt med forhandleren eller direkte med servicesenteret.
Hvis du må sende inn apparatet, må du oppgi hva defekten er og legge ved en kopi av kvitteringen.
Følgende garantivilkår gjelder:
1. Garantiperioden for **medisana**-produkter er tre år fra kjøpsdatoen. Ved garantikrav må kjøpsdatoen bevises ved hjelp av kvittering eller faktura.
2. Material- eller utførelsesfeil vil bli fjernet gratis innen garantiperioden.
3. Reparasjoner under garanti forlenger ikke garantiperioden verken for enheten eller for reservedelene.
4. Følgende er ekskludert under garantien:
   a. Alle skader som har oppstått på grunn av feil behandling, f.eks. manglende overholdelse av bruksanvisningen.
   b. Alle skader som skyldes reparasjoner eller manipulering av kunden eller uautoriserte tredjeparter.
   c. Skader som har oppstått under transport fra produsent til forbruker eller under transport til servicesenter.
   d. Tilbehør som utsettes for normal slitasje.
5. Ansvar for direkte eller indirekte følgetap forårsaket av enheten er utelukket selv om skaden på enheten aksepteres som et garantikrav.

Service senter adresse er vist på de vedlagte brosjyre.